

Atviro konkurso peritoninės dializės tirpalų pirkimo specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Perkamų peritoninės dializės tirpalų pavadinimas ir charakteristika	Numatomas pirkti preliminarus kiekis	1 litro kaina		Lėšų suma	
		litrais	Lt be PVM	Lt su PVM	Lt be PVM	Lt su PVM
1.	Neutralaus pH tirpalai rankinei ir aparatinei peritoninei dializei 1,36-1,52% 2,27-2,5% 3,86-4,25 % gliukozės koncentracijos	248580-272700				
2.	Gliukopiranozės 7,5 % polimero tirpalas	15120-16560				
3.	Aminorūgščių 1,1 % tirpalas	10800-12240				

Privalomieji reikalavimai:

1. Tiekėjas siūlydamas prekes atitinkamose pirkimo dalyse, privalo pateikti visų registruotų peritoninės dializės tirpalų tūrių pakuočių kainas, kurių 1 litro kaina turi būti vienoda.
2. Tiekėjas siūlydamas prekes 1 pirkimo dalyje, privalo aprūpinti visomis peritoninei dializei atlikti būtinomis priemonėmis.
3. Tiekėjas siūlydamas prekes 1 pirkimo dalyje, privalo aprūpinti priemonėmis, reikalingomis prijungti gliukopiranozės polimero ir aminorūgščių tirpalus.
4. Tiekėjas siūlydamas prekes 1 pirkimo dalyje, privalo apmokyti pacientus, anksčiau naudojusius kito gamintojo aparatus peritoninei dializei atlikti, dirbti su siūlomų peritoninės dializės tirpalų aparatais.
5. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią 1 litro kainą Lt (be PVM).
6. Atitinkamoje pirkimo dalyje bus perkamas peritoninės dializės tirpalų kiekis litrais, kurioje 1 litro kaina bus mažiausia.
7. Siūlomi peritoninės dializės tirpalai turi būti įpakuoti dvigubuose maišuose, skaidrūs, sterilūs, apirogeniški.
8. Siūlomų peritoninės dializės tirpalų elektrolitų sudėtis turi atitikti kintančius gydomo paciento poreikius.