

2014 M. DIRBTINIŲ ŠIRDIES VOŽTUVŲ PIRKIMO KONKURSO SPECIFIKACIJA

Pirk. dal. Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Numatomas pirkti preliminarus kiekis vnt.		Vnt. kaina Lt be PVM	Vnt. kaina Lt su PVM	Prekės kodas kataloge	Katalogo psl. Nr. (kataloge pažymėti psl. ir prekę)
		Minimalus	Maksimalus				
1.	Dirbtinis mechaninis širdies vožtuvo protezas	88	96				
1	Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos ir mitralinį vožtuvą						
2	Širdies vožtuvo protezas turi būti pasukamas ir išlaikantis pasukimo poziciją						
3	Širdies vožtuvo protezo konstrukcija - dviburis, pagamintas iš anglies pirolito						
2.	Dirbtinis mechaninis širdies vožtuvo protezas	88	96				
1	Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą						
2	Širdies vožtuvo protezas turi būti pasukamas ir išlaikantis pasukimo poziciją						
3	Širdies vožtuvo protezo konstrukcija - dviburis, pagamintas iš anglies pirolito						
3.	Dirbtinis mechaninis širdies vožtuvo protezas	43	48				
1	Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti mitralinį vožtuvą						
2	Širdies vožtuvo protezas turi būti pasukamas ir išlaikantis pasukimo poziciją						
3	Širdies vožtuvo protezo konstrukcija - dviburis, pagamintas iš anglies pirolito						
4.	Dirbtinis biologinis širdies vožtuvo protezas	122	135				
1	Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos ir mitralinį vožtuvą						
2	Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą						
3	Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokonstrastinės žymos						
4	Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, žiedai turi būti arkos formos						
5.	Dirbtinis biologinis širdies vožtuvo protezas	149	164				
1	Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti aortos vožtuvą						
2	Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą						
3	Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokonstrastinės žymos						
4	Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, žiedai turi būti arkos formos						

Pirk.		Numatomas pirkti preliminarus kiekius vnt.		Vnt. kaina	Vnt. kaina	Prekės kategorija	Katalogo psl. Nr. (kataloge)
6.	Dirbtinis biologinis širdies vožtuvo protezas	35	39				
1	Širdies vožtuvo protezas turi būti skirtas protezuoti mitralinį vožtuvą						
2	Širdies vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą						
3	Ant širdies vožtuvo protezo karkaso turi būti rentgenokontrastinės žymos						
4	Širdies vožtuvo protezo, skirto protezuoti aortos vožtuvą, žiedai turi būti arkos formos						
7.	Žiedas skirtas mitralinio vožtuvo žiedo plastikai	66	72				
1	Žiedas turi turėti ištisinį (be tarpų) karkasą, kurio viena dalis kieta, o kita dalis - pusiau kieta						
2	Žiedo manžetė turi būti austa arba megzta						
8.	Žiedas su balno formos išlinkimu, atitinkančiu anatominio žiedo formą	9	10				
1	Žiedo karkas turi būti kietas, pagamintas iš titano, kontrastuojantis rentgeno spinduliuose ir leidžiantis atlikti magnetinio rezonanso tyrimą						
2	Žiedas turi būti asimetrinės balno formos						
3	Žiedo priekinis ir užpakalinis išlinkimai turi būti išlinkę į prieširdžio pusę						
4	Žiedo manžetė turi būti austa arba megzta						
9.	Aortos konduitas (aortos vožtuvo protezas su dirbtine kraujagysle)	23	25				
1	Aortos vožtuvo protezas turi atitikti vožtuvo protezams keliamus reikalavimus						
2	Dirbtinė kraujagyslė turi atitikti dirbtinės kraujagyslės, skirtos aortos segmento pakeitimui, reikalavimus						
10.	Biologinis (gyvulinės kilmės) aortos šaknies protezas	9	10				
1	Aortos vožtuvo protezas turi būti natūralus gyvulinės kilmės protezas (ne dirbtiniu būdu padarytas)						
2	Biologinis aortos šaknies protezas turi atitikti natūralią aortos šaknies anatomiją						
3	Aortos vožtuvo protezo hemodinamikos parametrai turi būti artimi fiziologiniams aortos vožtuvo parametrams						
4	Aortos vožtuvo protezas turi būti apdorotas prieš kalkėjimą						
11.	Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arterijai ir jos vožtuvą	9	10				
1	Konduitas turi būti minkštas be karkaso						
2	Konduito hemodinamikos parametrai turi būti artimi fiziologiniams plaučių arterijos ir jos vožtuvo parametrams						
3	Konduitas gali būti pagamintas iš jaučio <i>vena jugularis</i> su vožtuvu arba iš žmogaus donoro plaučių arterijos su vožtuvu						

Pirk.		Numatomas pirkti preliminarus kiekis vnt.		Vnt. kaina	Vnt. kaina	Prekės	Katalogo psl. Nr. (kataloge)
12.	Žiedas skirtas trivarčio vožtuvo žiedo plastikai	9	10				
1	Žiedas turi turėti karkasą						
2	Žiedo manžetė turi būti austa arba megzta						

Bendrieji reikalavimai:

1. Kartu su kiekvienos rūšies vožtuvų protezais ir žiedais turi būti pateikiami matuoklių komplektai (kiekvienai rūšiai pagal poreikį iki 10 vienetų).
2. Visose pirkimo dalyse turi būti pasiūlyti visų dydžių gamintojo gaminami vožtuvų protezai ir žiedai, kurių kaina turi būti vienoda.
3. Apie siūlomus vožtuvų protezus ir žiedus ir turi būti pateiktos ne mažiau nei 3 publikacijų ISI žurnaluose kopijos apie siūlomų vožtuvų protezų ir žiedų gerus pooperacinius rezultatus.
4. To paties modelio prekės kaina skirtingose pirkimo dalyse turi būti vienoda.