

## REVIZINIŲ KLUBO ŠĄNARIO ENDOPROTEZŲ CORAIL IR C-STEM SU PAGALBINĖMIS PRIEMONĖMIS BEI REVIZINIŲ KELIO ŠĄNARIO ENDOPROTEZŲ PFC SIGMA SU PAGALBINĖMIS PRIEMONĖMIS KONKURSO SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Numatomas pirkti preliminarus kiekis vnt	Prekės firminis pavadinimas	Standartinio komplekto kaina Lt be PVM	Standartinio komplekto kaina Lt su PVM	Atskirų komponentų kaina Lt be PVM	Atskirų komponentų kaina Lt su PVM	Prekės Nr. kataloge nurodant psl.
<b>REVIZINIAI KLUBO ŠĄNARIO ENDOPROTEZAI SU PAGALBINĖMIS PRIEMONĖMIS</b>								
1	Revizinis klubo sąnario endoprotezas su pagalbinėmis priemonėmis, skirtas pirminio klubo sąnario endoprotezo Corail atskirų komponentų revizijai	0 - 200						
2	Revizinis klubo sąnario endoprotezas su pagalbinėmis priemonėmis, skirtas pirminio klubo sąnario endoprotezo C-Stem AMT atskirų komponentų revizijai	0 - 200						
<b>REVIZINIAI KELIO ŠĄNARIO ENDOPROTEZAI SU PAGALBINĖMIS PRIEMONĖMIS</b>								
3	Revizinis kelio sąnario endoprotezas su pagalbinėmis priemonėmis, skirtas pirminio kelio sąnario endoprotezo PFC Sigma atskirų komponentų revizijai	0 - 200						

**Privalomi reikalavimai:**

1. Kiekvienai gydymo įstaigai turi būti nemokamai panaudai pateikti kartu su endoprotezais kokybiški instrumentai jiems implantuoti
2. Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Tiekimas turi būti iki nurodytos vietos, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo firmos tiekėjos informavimo raštu.
3. VLK Viešųjų pirkimų komisija, vertindama pasiūlymų atitikimą specifikacijai, turi teisę paprašyti tiekėjų pateikti medicinos priemonių pavyzdžius.
4. Pateikti nors vieną ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių klinikinių publikacijų kopiją apie atliktas studijas apie konkursui siūlomus implantus.
5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Nebus priimami ir nebus vertinami tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį.
6. Implantų kaina, nepriklausomai nuo jų dydžių, turi būti vienoda.
7. Pasiūlymuose turi būti pateiktos sąnario endoprotezo komplekto bei atskirų, jį sudarančių komponentų kainos.
8. Būtinai specialistų ir operacinės personalo apmokymas dirbti su naujai siūlomomis sistemomis.