

SPECIALIŲ KLUBO, KELIO SĄNARIŲ ENDOPROTEZŲ IR KITŲ SĄNARIŲ ENDOPROTEZŲ KONKURSO SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Numatomas pirkti preliminarus kiekis vnt	Prekės firminis pavadinimas	Standartinio komplekto kaina Lt be PVM	Standartinio komplekto kaina Lt su PVM	Atskirų komponentų kaina Lt be PVM	Atskirų komponentų kaina Lt su PVM	Prekės Nr. kataloge nurodant psl.
ČIURNOS SĄNARIO ENDOPROTEZAI								
1	Čiurnos sąnario endoprotezas	28						
	1.1. Kobalto-chromo lydinys padengtas kalcio fosfatu (HX)							
	1.2. Susideda iš trijų komponentų (blauzdikaulinis komponentas, šokikaulinis komponentas ir polietileninis intarpas)							
	1.3. Blauzdikaulinis komponentas turi būti ne mažiau 4 dydžių su cilindro formos fiksatoriais į blauzdikaulinę dalį							
	1.4. Šokikaulio komponentai turi būti anatomiškai adaptuoti - ne mažiau 3 dydžių kairės ir dešinės pusės							
	1.5. Slankiojantis polietileninis intarpas ir turi būti ne mažiau 5 dydžių							

Privalomi reikalavimai:

1. Kiekvienai gydymo įstaigai turi būti nemokamai panaudai pateikti kartu su endoprotezais kokybiški instrumentai jiems implantuoti
2. Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Tiekimas turi būti iki nurodytos vietos, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo firmos tiekėjos informavimo raštu.
3. VLK Viešųjų pirkimų komisija, vertindama pasiūlymų atitikimą specifikacijai, turi teisę paprašyti tiekėjų pateikti medicinos priemonių pavyzdžius.
4. Pateikti nors vieną ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių klinikinių publikacijų kopiją apie atliktas studijas apie konkursui siūlomus implantus.
5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Nebus priimami ir nebus vertinami tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį.
6. Implantų kaina, nepriklausomai nuo jų dydžių, turi būti vienoda.
7. Būtinas specialistų ir operacinės personalo apmokymas dirbti su naujai siūlomomis sistemomis.